

檢驗項目	合格判定基準
診斷用試劑分析反應性測試	一、陽性反應性測試：陽性檢體測試組之三測試片 T 線皆呈現反應。 二、陰性反應性測試：控制線測試組及陰性檢體測試組各二測試片皆僅 C 線呈現反應。
診斷用試劑最低偵測濃度	陽性檢體測試組之三測試片 T 線皆呈現反應，其檢體最低稀釋病毒液濃度 ≤ 1000 TCID ₅₀ /mL。